



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994
Тел.: 8 (499) 973-26-90; Факс: 8 (499) 973-26-43
E-mail: depart@gse.ru http://www.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512
ИНН 7707515984 КПП 770701001

Генеральному директору
ООО «НОЭЛСИ»
В.Б. Чернецову

109202, г. Москва, ул. 1-я
Фрезерная, д. 2/1, корп. 2,
офис 411

09.09.2014 № 01/10554-14-31

На № 101 от 04.08.2014

О размещении передвижных и
переносных рентгеновских аппаратов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела Ваше обращение по вопросу применения передвижных и переносных рентгеновских аппаратов и сообщает.

В соответствии с пунктом 7.24. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований» при использовании передвижных и переносных аппаратов предусматриваются выделение помещений для постоянного или временного хранения рентгеновских аппаратов. В соответствии с Приложением 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» помещение для хранения передвижного рентгеновского аппарата должно составлять не менее 8м².

Эксплуатация передвижных и переносных аппаратов вне рентгеновского кабинета допускается в пределах лечебно-профилактического учреждения в палатах и операционных при соблюдении требований норм радиационной безопасности для персонала и населения и п. 7.24. СанПиН 2.6.1.1192-03.

Заместитель руководителя

И.В. Брагина

Матюхин
499 973 17 57

11.09.14